青岛海洋科学与技术试点国家实验室

大型（大宗）仪器设备验收报告

仪器设备名称：WB转膜仪、全自动菌落计数仪及共聚焦显微镜

购 置 单 位：海洋生物学与生物技术功能实验室

仪器设备负责人：于杰

联 系 电 话：18562586987

青岛海洋科学与技术试点国家实验室

资产管理部

2022年 07月 27日

仪器设备名称	中 文	WB 转膜仪、全自动菌落计数仪及共聚焦显微镜		
	英 文	WB Transfer slot,Automatic Colony counter and Confocal Laser Scanning Microscope		
供 货 商		青岛鼎祥科学仪器有限公司	合同编号	qnlmzfcgwt-2020-0047-2
使用部门		海洋生物学与生物技术功能实验室	保 管 人	于杰
放置地点		C0508N/C0402N	合同总价	2927000.00
生产厂家、国别		Bio-Rad/新加坡; interscience/法国;蔡司/德国	安装验收日期	2022 年 07 月 27 日

设备主机及附件明细清单

序号	设备主机及附件名称	品牌/型号	数量	出厂日期	出厂编号
1	WB 转膜仪	Bio-Rad/Trans-Blot SD	1	2022 年 1 月	043BR86614
2	全自动菌落计数仪	Interscience/Scan1200	1	2022 年 3 月	437000s01199
3	共聚焦显微镜	蔡司/LSM900	1	2021 年 3 月	3869001620
4					
5					

验收内容		
	外包装是否完好无损	是
	仪器设备型号是否与合同相符	是
	仪器设备是否为新出厂产品	是
	仪器设备是否有锈蚀、破损或其他问题	否
	配件数量与型号是否与合同相符	是
	技术资料、安装文件等是否齐全	是
	仪器设备是否能正常开机运行	是
	仪器设备运行过程中是否有异常	否
	试运行是否达到说明书的要求	是
	试运行是否达到合同约定的要求	是
	其他需注明的问题（可附页）	见后

验收意见：同意验收通过 供货方负责人（签字）： （盖 章） 2022年7月27日 用方负责人（签字）： 年 月 日				
专家组验收意见详见附件				
实验室参加验收人员签字	姓 名	部门	职称/职务	签字
	羊 川	海洋生物学与生物技术功能室	研究员	羊 川
	李喜生	海洋生物学与生物技术功能室	研究员	李喜生
	管晓波	海洋生物学与生物技术功能室	助理研究员	管晓波
	朱志伟	资产部		朱志伟
	王建昌	资产部		王建昌
	王涛	资产部		王涛
供货方现场验收人员签字	李喜生			
资产管理部意见：同意专业组意见 负责人（签字）：王涛 2022年8月2日				

注：1、40万元（含）以上的，需资产管理部填写意见。
2、此表一式三份，使用部门、资产管理部和供应方各存一份。

青岛海洋科学与技术试点国家实验室
验收意见表

项目名称	共聚焦显微镜验收
验收内容	共聚焦显微镜

专家组意见：

2022年7月27日，青岛海洋科学与技术试点国家实验室（以下简称“海洋试点国家实验室”）组织召开了共聚焦显微镜专家验收会，组织3名技术专家组成评审专家组（见参会人员名单）。专家组现场查看了设备运行情况，听取设备工程师关于设备的技术汇报，经质询讨论，形成验收意见如下：

1. 设备及配件型号与合同相符，数量齐全，设备技术资料与安装文件齐全；

2. 设备安装及配套条件符合要求，设备运转正常；

3. 现场测试主要技术参数完整，测试数据达到合同技术参数要求。

与会专家一致同意通过验收，建议进一步完善实验室配套活细胞培养条件，尽快投入运行。

专家组长：

专家组：

2022年7月27日

评审专家组成员名单

序号	姓名	职称	单位	专业
1	高峻	正高级工程师	中科院青岛生物能源与过程研究所	微生物学
2	徐坤	高级工程师	青岛农业大学	生物物理
3	祝凡平	高级工程师	山东大学	环境工程

青岛海洋科学与技术试点国家实验室
验收专家个人意见表

项目名称	共聚焦显微镜验收
验收内容	共聚焦显微镜

专家意见：

到货仪器配件齐全，资料完整，现场测试各项技术指标均达到合同要求，实验室配套环境及设施完备，已正常投入使用，符合验收要求。

评审结论：☑同意验收通过　□暂不同意验收通过

专家签名：高飞

2022年7月27日

青岛海洋科学与技术试点国家实验室
验收专家个人意见表

项目名称	共聚焦显微镜验收
验收内容	共聚焦显微镜

专家意见：

对照采购合同，对设备进行逐一清点，设备配件型号与合同相符，数量齐全，设备技术资料完整，现场测试主要技术参数完整，测试数据达到合同要求。

建议进一步完善实验室条件配套，尽快投入运行。

评审结论：☑同意验收通过　□暂不同意验收通过

专家签名：徐坤

2022年 7月 27日

青岛海洋科学与技术试点国家实验室
验收专家个人意见表

项目名称	共聚焦显微镜验收
验收内容	共聚焦显微镜

专家意见：

共聚焦显微镜设备及配件与合同相符，数量齐全，设备安装符合条件，设备运行正常，主要技术参数完整，与合同相符。

验收合格。

评审结论：☑同意验收通过　□暂不同意验收通过

专家签名：

2022年7月27日